

1034 Labexpert Баня водяная для 4 штативов Флоринского

- ✓ Баня предназначена для обеспечения условий испытаний при проведении серологических исследований. Одновременно, в нагревательную емкость бани может быть установлено до четырех штативов Флоринского, по 100 пробирок в каждом (диаметр пробирки 14 мм, высота 60 мм).
- ✓ Баня оборудована сплошной съемной крышкой из нержавеющей стали, которая может быть использована в качестве поддона для штативов.
- ✓ Слив для теплоносителя конструктивно выполнен в виде силиконового шланга с пробкой подключенного к штуцеру в днище нагревательной емкости бани. Во время эксплуатации бани сливной шланг прячется в специально предусмотренный отсек в корпусе, а его конец фиксируется с помощью фигурной пробки в боковой стенке.
- ✓ Баня оборудована системой аварийного отключения питания нагревательных элементов.
- ✓ В электрической схеме бани использован автоматический выключатель, который отключает питание устройства в случае неисправности электрических блоков и узлов.



Технические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Объем, л	33
Габариты, ДхШхВ, мм	630X532X283
Размеры емкости, ДхШхГ, мм	146X480X480
Масса, кг	26
Тип теплоизоляции	Армированная стекловолоконная вата с отражателем
Мощность ТЭНа, кВт	1,5
Напряжение питания, В	220
Диапазон рабочих температур, °С	Температура в помещении +5 до 100
Точность поддержания температуры, °С	± 0,5
Стабильность температуры в объеме, °С	± 1,5
Материал корпуса	Сталь КП
Материал нагревательной емкости	Сталь нержавеющая AISI-304
Тип контроллера	ПИД